

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LOS EQUIPOS DE VIDEO ELECTROENCEFALÓGRAFOS

Estimados Oferentes:

Conforme las consultas realizadas al proceso de contratación de los Equipos de Video Electroencefalógrafos y una vez que las mismas han sido aclaradas por parte del equipo técnico del MSP, nos permitimos trasladar las respuestas a continuación:

Solicito su apoyo aclarando estos 2 items por favor:

Pregunta 1: En este cuadro se refiere a 2 Juegos de 2, porque para EKG son 2 electrodos, derecho e izquierdo.

Juegos de Electrodo	Dos (2) juegos de 25 cada uno de accesorios de EEG estándar con juego de electrodos de EEG tipo copa y (2) juegos de 25 cada uno de electrodos de botón o de pinza para EKG		
---------------------	---	--	--

Respuesta 2: Existe un error de escritura en la ficha técnica, por lo que se acepta la recomendación del oferente que seria 2 juegos de 2.

Sensores para polisomnografía Pediátrica	Un (1) software propio del sistema		
	Uno (1) Oxímetro pediátrico		
	Uno (1) Termocupla o termistor pediátrico		
	Uno (1) Termocupla o termistor Neonatal		
	Uno (1) Kit de bandas respiratorias (6 sensores y 2 bandas) tórax y abdomen pediátrico/neonatal		
	Uno (1) Kit de bandas respiratorias tórax y abdomen ajustable para neonatos		
	Cuatro (4) Electrodo de botón para piernas		

Pregunta 2: En este cuadro está duplicado neonatal, las bandas vienen en un solo kit. Niño, pediátrico y neonatal. Y es 2 Sensores Torax y abdomen y 6 bandas, esta, al contrario.

Respuesta 2: Existe un error de comprensión sobre los tipos de bandas para pediátrico y neonatal, por lo que se acepta que las bandas puedan cubrir tanto a pediátrico como neonatal.

NOTA: Para los computadores ya no viene disco mecánico todo se entrega con disco sólido.

Entendiéndose que las aclaraciones modifican las fichas técnicas por considerarse errores de fondo, se aceptarán que las ofertas se presenten con las aclaraciones realizadas.