

 REPÚBLICA DEL ECUADOR Ministerio de Salud Pública		DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
EQUIPO DE APOYO		
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES N°:	ELI-01-R10	
REVISIÓN:	DÉCIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	EJERCITADOR ELÍPTICO	
FECHA DE VERSIÓN INICIAL:	2022	
FECHA DE ÚLTIMA MODIFICACIÓN:	12/9/2025	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ITEM	ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material		
1	Pantalla	Requerido
2	Parámetros en Pantalla	Requerido
3	Programas pre-instalados	Requerido
4	Niveles de resistencia	Mayor o igual que (5) Cinco
5	Barandas o empuñaduras fijas	Requerido
6	Manubrios o brazos móviles	Requerido
7	Capacidad de carga	Mayor o igual que 110 Kg
OTRAS ESPECIFICACIONES		
8	Energía / Alimentación	Voltaje de Alimentación: 110 - 127 VAC Frecuencia: 60 Hz (Hertz) ó Voltaje de Alimentación: 220 VAC (en este caso deberá entregar un transformador elevador de 110 VAC a 220 VAC, con potencia de acuerdo al consumo del equipo) Frecuencia: 60 Hz (Hertz)
9	Garantía	Dos (2) años a partir de la recepción definitiva del bien
10	Entrenamiento / Capacitación	Entrenamiento para el usuario. Entrenamiento para el personal técnico en mantenimiento básico.
CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO		
11	Mantenimiento técnico	Deberán proporcionarse los protocolos técnicos de mantenimiento.